

**Standard per osmolalità****Reagecon Diagnostics**

Standard per osmolalità per calibrazione e controllo, compatibili con tutti i tipi di osmometri.

- Range esteso: da 50 a 3000 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O, certificati ISO 17025.
- Valori da 100 a 700 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O secondo la Farmacopea Europe 2.2.35 e la Farmacopea US 785.
- 12 fiale da 5 ml cadauna.



| Code        | Description                                                                                                  | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06270201 | Standard per osmolarità 500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |
| LLG06280786 | Standard per osmolarità 290 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |
| LLG06284310 | Standard per osmolarità 300 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |
| LLG06286324 | Standard per osmolarità 100 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |
| LLG06286325 | Standard per osmolarità 200 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |
| LLG06286326 | Standard per osmolarità 50 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025   | 12 pz     |
| LLG06286327 | Standard per osmolarità 600 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |
| LLG06286328 | Standard per osmolarità 700 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |
| LLG06286329 | Standard per osmolarità 1000 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025                      | 12 pz     |
| LLG06286330 | Standard per osmolarità 1500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz     |
| LLG06286331 | Standard per osmolarità 2000 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz     |
| LLG06286332 | Standard per osmolarità 2500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz     |
| LLG06286333 | Standard per osmolarità 3000 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz     |
| LLG06286334 | Standard per osmolarità 850 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025                       | 12 pz     |
| LLG06286335 | Standard per osmolarità 900 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025                       | 12 pz     |
| LLG07970554 | Standard per osmolarità 400 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025  | 12 pz     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

